ΑΓΡΙΝΙΟ 13/11/2026

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7050

ΠΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Λουριώτου

Πληροφορίες: Α. Παπαδοπούλου

Τηλέφωνο: 2641028501

e-mail: kyagriniou.diaxeirisi@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και του Ν. 3527/07 (Φ.Ε.Κ. 25Α΄/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»., όπως έχουν τροποποιηθεί.
2. Τις διατάξεις του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών Μονάδων του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις»
3. Το Ν.3861/2010(Φ.Ε.Κ 112/Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 'Πρόγραμμα Διαύγεια 'και άλλες δια τάξεις »καθώς και η τροποποίηση αυτού με το αρθρ.23 του Ν.4210/13(Φ.Ε.Κ 254/Α'/21-11-2013.)
4. Τις διατάξεις του Ν.3863/2010(Φ.Ε.Κ 115/τ.Α/15-7-2010),άρθρο 68 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν.4144/2013 (Φ.Ε.Κ 88/18-04-2013)
5. Τον Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες διατάξεις»
6. Το Ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α' /07-08-2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»
7. Το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ.Α"147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργω/ν, Προμηθειών και /Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Την με αριθμ.πρωτ.99864/15-12-2025 Εγκύκλιο προς τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με τη διενέργεια της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 118 ν.4412/20216 (ΦΕΚ Α'147).
9. Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α'/36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
10. Την αριθμ. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/τευχ.Β/23-05-2017) ΥΑ σχετικά με «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
11. Την υπ.αριθμ.4968 (ΦΕΚ 334/Β'/2-2-2026) Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διατήρησης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) – Τροποποίηση της υπ'αριθμ.76928/9-7-2021(Β'3075) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικράτειας.

12. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Συμβάσεων 2026 όπως αυτό κατατέθηκε στο σύστημα ηλεκτρονικών μητρώων της ΕΚΑΠΥ, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 6422/28-06-2026 απόφαση Διοικητή της 6ης Υ.Πε., και εγκρίθηκε με την αριθμ. 395/10-02-2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΑΠΥ.Ν. 4316/2014 «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», άρθρο 66, παρ. 9 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

13. Το ΦΕΚ 6941/11-12-2023 τεύχος Β' Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Διοικητή 6ης Υ.Πε.» στους Επιστημονικά Υπεύθυνους των Κέντρων Υγείας και ΤΟΜΥ για την υπογραφή των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών έως € 30.000.

14. Την αρ. πρωτ. 16607/04-03-2026 απόφαση ορισμού του επιστημονικά Υπεύθυνου του ΚΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

15. Το με αριθμ. πρωτ. 6969/10-11-2026 έγγραφο του επιστημονικά Υπεύθυνου του ΚΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητα της προμήθειας / υπηρεσίας ... ή έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας ή άλλης Διεύθυνσης της 6ης ΥΠΕ

16. Το υπ'αριθμ. 342/20-08-2026 αίτημα του ΚΥ ΘΕΡΜΟΥ στο πληροφοριακό σύστημα Ασκληπιός της 6ης ΥΠΕ.

17. Την από ... έρευνα αγοράς, από προηγούμενους διαγωνισμούς μέσω της πλατφόρμας isupplies (για αναλώσιμο υλικό πάσης φύσεως) μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος προς την αντιπρόσωπο ή κατασκευάστρια εταιρεία (αν πρόκειται για επισκευή εξοπλισμού), έρευνα αγοράς μέσω διαδικτύου, έρευνα αγοράς μέσα από την αναζήτηση σχετικών διαγωνισμών και συμβάσεων

18. Την αρ. πρωτ. 32896/29-04-2026 ΑΔΑ: ΨΩ7Ω469ΗΔΜ-Λ5Ξ ΑΔΑΜ: 26REQ018921088 (ΑΡ.ΔΕΣΜ. 449 ΑΛΕ: 31201050) Απόφαση Έγκρισης δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού 2026.

19. Το με αριθμ. πρωτ. 6970/10-11-2026 έγγραφο του επιστημονικά υπεύθυνου του ΚΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ σχετικά με την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ανακοινώνει

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του ΚΥ ΘΕΡΜΟΥ για την «Προμήθεια/ Υπηρεσία: ΚΥ ΘΕΡΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (CPV:) με προϋπολογισμού 0,00 € χωρίς ΦΠΑ (17.112,00 € με ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

«Προμήθεια ΚΥ ΘΕΡΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», CPV: με προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη #17.112,00 € €# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	**ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ**	Τεμάχιο	1	200
2	**ΣΤΑΤΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ**	Τεμάχιο	3	100
3	**ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)**	Τεμάχιο	1,	1.000
4	**ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 4m ΠΛΑΤΟΣ & 2,20m ΥΨΟΣ**	Τεμάχιο	4	250
5	**ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ**	Τεμάχιο	1	1.500
6	**ΚΡΕΒΑΤΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟ, ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ**	Τεμάχιο	2	1.000

7	**ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΚΟΜΟΔΙΝΟ (ΣΕΤ)**	Τεμάχιο	4	700
8	**ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ , ΜΕΤΑΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, 100cm ΥΨΟΣ,69cm ΜΗΚΟΣ,ΚΑΙ 52cm ΠΛΑΤΟΣ , ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΤΡΕΙΣ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΣΕΙΡΕΣ ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)**	Τεμάχιο	2	2.500

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

.....

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας πρόσκλησης είναι η 6η ΥΠΕ μέσω του τακτικού προϋπολογισμού. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΑΛΕ: (Τακτικός Π/Υ- Πρωτοβάθμιων Μονάδων Υγείας) του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 του Φορέα.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 32896/29-04-2026 ΑΔΑ: ΨΩ7Ω469ΗΔΜ-Λ5Ξ ΑΔΑΜ: 26REQ018921088 (ΑΡ.ΔΕΣΜ. 449 ΑΛΕ: 31201050) Απόφαση Έγκρισης δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

3. ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) ένα ηλεκτρονικό αρχείο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά & Οικονομική Προσφορά» στο οποίο περιλαμβάνονται τα σχετικά με την τεχνική και οικονομική προσφορά έγγραφα.

(β) ένα ηλεκτρονικό αρχείο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά» στον οποίο περιλαμβάνονται: F

1. Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ)

2. Ασφαλιστική ενημερότητα (σε ισχύ)

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου **(3μήνου)**από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του αρ. 73, παρ. 1 του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση υποβολής του ποινικού μητρώου αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Εναλλακτικά, αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου υποβάλλεται **υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986,**

στην οποία ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη, καταδικαστική απόφαση για τα εγκλήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει: α)τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Η δήλωση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάγεται αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ), β) ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. **Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να έχει υπογραφεί κατά την ή μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης.**

5. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το **ΓΕΜΗ** το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

6. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή γενικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων για τη νόμιμη σύσταση και τις μεταβολές του νομικού προσώπου, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές κατατίθενται μέσω της εφαρμογής isupplies (http://isupplies.gr).

Για να συμμετάσχει ένας προμηθευτής στην εν λόγω διαδικασία, πρέπει να εγγραφεί δωρεάν στην πλατφόρμα iSupplies, αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος. Η διαδικασία εγγραφής γίνεται απλά μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: http://isupplies.gr/auth/register.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 19/11/2026 10:00

6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από τον απαράβατο όρο περί σύνταξης και υποβολής της τεχνικής & οικονομικής προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Η φορολογική και η ασφαλιστική ενημερότητα πρέπει να είναι σε ισχύ και το απόσπασμα ποινικού μητρώου να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου, όπως ορίζει η πρόσκληση. Δικαιολογητικό που βεβαιώνει κατάσταση μεταγενέστερη, ή που αντικαθιστά ληγμένο πιστοποιητικό ώστε να καλυφθεί εκ των υστέρων ουσιαστική έλλειψη,

δεν συνιστά θεραπεία και δεν γίνεται δεκτό. Επομένως, τα δικαιολογητικά που κατατίθενται εκ των υστέρων προς συμπλήρωση ή διόρθωση θα πρέπει η ισχύς τους να καλύπτει την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4412/2016.

7. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής.

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως ....

Τόπος εκτέλεσης της Σύμβασης το ΚΥ ΘΕΡΜΟΥ

Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών, υπηρεσιών, του ΚΥ ΘΕΡΜΟΥ

9. ΜΑΤΑΙΑΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

10. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή με έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής εντός δυο μηνών. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν.4412/2016. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις, που παρακρατούνται κατά την εξόφληση του εντάλματος πληρωμής και αποδίνονται αρμοδίως. Η αμοιβή του αναδόχου υπόκεινται στις ακόλουθες κρατήσεις:

α) κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (αρ. 7 του Ν. 4912/2022 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται.

γ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% ή 8% επί του καθαρού ποσού.

δ) ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2% επί της καθαρής αξίας.

Στην ιστοσελίδα της 6ης ΥΠΕ (https://www.dypede.gr), στο πεδίο "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" πατώντας το πεδίο "e-Supplier" μπορείτε να κάνετε εγγραφή και να ενημερώνεστε για τα στάδια του τιμολογίου σας (από την καταχώρηση μέχρι και την εξόφληση). Η υπηρεσία μας έχει την δυνατότητα να δέχεται Ηλεκτρονικά Τιμολόγια μέσω Διαχείρισης Ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσω ΕΔΗΤ (τακτικού Π/Υ ή Π/Υ ιδίων πόρων) Ο κωδικός ΑΑΗΤ της 6ης Υ.Πε. απαραίτητος για την ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι ο 1015.E00813.0001

Για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων απαιτούνται τα κάτωθι στοιχεία:

1	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΑΗΤ	1015.E00813.0001 (Το Ε αγγλικά). 6η Υ.ΠΕ Α.Φ.Μ. 999100797 (ΒΤ-46)
2	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ	ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ -ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΒΤ-10) / ΚΥ ΘΕΡΜΟΥ
3	ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	3.|ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (ΒΤ-11)
4	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣ	ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΒΤ-13)
5	CPV	31682210-5
6	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΜΗΔΕΝ (0) ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΒΤ-12)
7	ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΒΤ-12)

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09:00πμ έως 14:00μμ από το ΚΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Τηλ: 2641028501

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Ο επιστημονικά Υπεύθυνος

6η ΥΠΕ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΣΥΡΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ.
ΑΜΚΑ:06016101377 ΑΜ ΤΣΑΥ:59789
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

BMG EQUIPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., BBD ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ

Ηλεκτρική Νοσοκομειακή Κλίνη

Περιγραφή & βασικά χαρακτηριστικά

- Μεταλλικός σκελετός μεγάλης αντοχής.
- Διπλά ξύλινα πλαϊνά ασφαλείας, αμφίπλευρα και ρυθμιζόμενα καθ' ύψος.
- Ξύλινος ορθοπεδικός σομιές και ξύλινες μετώπες σε καφέ χρώμα.
- Ενσωματωμένος αναρτήρας.
- Ηλεκτρικός μηχανισμός σχεδιασμένος στη Γερμανία, με μοτέρ εύρους ισχύος 3.000–6.000 N.
- Εφεδρική μπαταρία για λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Χειριστήριο για ηλεκτρική ρύθμιση πλάτης, κάτω άκρων και ύψους κλίνης.
- Δυνατότητα επιλογής λειτουργιών ή κλειδώματος χειριστηρίου για αποφυγή ατυχημάτων.
- Λειτουργίες Trendelenburg και Anti-Trendelenburg.
- Τροχοί για εύκολη μετακίνηση στον χώρο.
- Σκαλιέρα αλουμινίου για πρόσθετη ανύψωση ποδιών.
- Σετ μεταφοράς.
- Εύρος ηλεκτρικής ανύψωσης: 40–80 cm.
- Μέγιστο βάρος χρήστη: 180 kg.
- Πιστοποίηση CE.
- Εγγύηση: 3 έτη, σύμφωνα με τους όρους εγγύησης του προϊόντος.



Διαστάσεις

Εξωτερικές διαστάσεις	103 cm (Π) × 210 cm (Μ)
Εσωτερικές διαστάσεις	90 cm (Π) × 200 cm (Μ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΤΜΧ: 1.300,00 + ΦΠΑ 24%

1. Το κρεβάτι να είναι μεταλλικής κατασκευής, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Να δύναται να υποστηρίζει ασθενείς βάρους τουλάχιστον 200 κιλών.
2. Ο σχεδιασμός και τα υλικά κατασκευής της κλίνης να επιτρέπουν τον εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.
3. Το μέγιστο συνολικό Πλάτος της κλίνης να είναι έως 100 cm, για την καλύτερη διέλευσή του στους χώρους του Νοσοκομείου.
4. Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων 200 x 85 cm κατ' ελάχιστον, και να αποτελείται από τέσσερα (4) πλαστικά τμήματα: πλάτης, λεκάνης, μηρών και ποδιών, κατασκευασμένα από καλουπωτό θερμοπλαστικό υλικό, το οποίο δύναται να καθαριστεί και να απολυμανθεί. Τα επιμέρους τμήματα να δύνανται να αντικατασταθούν σε περίπτωση φθοράς τους.
5. Οι μετόπες κεφαλής και ποδιών να είναι ενιαίου τύπου από έγχρωμο καλουπωτό πλαστικό (όχι συγκολλημένη έγχρωμη φάσα), (όχι επικάλυψη) απαραίτητα, οι οποίες να προσθαφαιρούνται εύκολα. Οι μετόπες και τα κάγκελα να διατίθενται σε όλες τις διαθέσιμες αποχρώσεις RAL προκειμένου το κρεβάτι να ταιριάζει χρωματικά με τον περιβάλλοντα χώρο. Η βαφή των πλαστικών μετοπών να είναι ενσωματωμένη στην μάζα του πλαστικού και όχι επικάλυψη για απεριόριστη αντοχή. Να κατατεθεί χρωματολόγιο με τουλάχιστον 10 αποχρώσεις.
6. Να διαθέτει από δύο πλαστικά πλαϊνά κιγκλιδώματα σε κάθε πλευρά με ύψος τουλάχιστον 40 εκατοστά. Τα κιγκλιδώματα να διαθέτουν περιστροφικό μηχανισμό, με κατακόρυφη κίνηση προς τα επάνω και προς τα κάτω.
7. Η κλίνη να στηρίζεται σε τέσσερις (4) τροχούς διαμέτρου Φ125 mm τουλάχιστον, με ανεξάρτητο φρένο.
8. Το ύψος της κλίνης να είναι σταθερό από 50 έως 55 εκατοστά.
9. Να εκτελεί τις κάτωθι κινήσεις μέσω πνευματικού μηχανισμού με αμορτισέρ αερίου (gas spring), χειριζόμενου μέσω χειρομοχλού τοποθετημένου εκατέρωθεν της κλίνης.:
   - Ανύψωση πλάτης 70° τουλάχιστον.
   - Ανύψωση μηρών 35° τουλάχιστον.
10. Να διαθέτει υποδοχές για στατώ ορού – στατώ έλξης και στήριγμα ουροσυλλέκτη.
11. Να διαθέτει οριζόντιους ελαστικούς προσκρουστήρες στις 4 γωνίες.
12. Οι συμμετέχουσες εταιρείες να διαθέτουν δείγματα των προσφερόμενων ειδών προς επίδειξη, εφόσον ζητηθούν εντός 10 ημερών.

Η κλίνη να συνοδεύεται από στρώμα κατάλληλο, του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με την κλίνη, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συμβατότητα με αυτήν, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Το στρώμα να είναι κατασκευασμένο από υλικά αρίστης ποιότητας, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, τουλάχιστον δύο στρώσεων, η κάτω στρώση να είναι αφρού πολυουρεθάνης, η πάνω στρώση να αποτελείται από τρεις ζώνες κεφαλής-κορμού-πελμάτων. Οι ζώνες κεφαλής και πελμάτων να είναι αφρού πολυουρεθάνης διαφορετικής πυκνότητας με ειδικό σχεδιασμό με εγκάρσιες εγκοπές διαφορετικής σχεδίασης για κάθε ζώνη για την καλύτερη στήριξη του ασθενούς στις ζώνες που

ασκείται διαφορετική πίεση λόγω τοπικού βάρους και την καλύτερη προσαρμογή του σώματος και διανομή του βάρους του. Η μεσαία ζώνη του κορμού να αποτελείται από υλικό latex .

2. Να είναι ύψους τουλάχιστον 14 εκ, και κατάλληλης πυκνότητας (τουλάχιστον 40 kg/m3), ώστε να επιτυγχάνεται η άνεση του ασθενούς καθώς και η μέγιστη δυνατή προστασία του από τις κατακλίσεις.
3. Να διαθέτει ειδική ενίσχυση ζώνης κατά μήκος ώστε να μη γλιστρά ο ασθενής κατά την έγερσή του.
4. Να είναι βραδύκαυστο. Να κατατεθεί πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα. Να αναφερθεί η οδηγία.
5. Το στρώμα να είναι ελαφρύ, το μέγεθός του ανάλογο των διαστάσεων της κλίνης (πλάτος 85 εκ) και κατάλληλο για βάρους ασθενή 220 κιλά τουλάχιστον.
6. Το στρώμα να μπορεί να απολυμαίνετε και να διαθέτει κάλυμμα ιδιαίτερα ανθεκτικό με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

   - Αδιάβροχο
   - Αεροδιαπερατό
   - Αντιβακτηριακό
   - Διελαστικό
   - Βραδύκαυστο
   - Να είναι κατάλληλο για πλύση σε πλυντήριο και να δύναται να απολυμανθεί σε ειδικό κλίβανο απολύμανσης έως 120 °C, σε περίπτωση μολυσματικού περιστατικού.
   - Οι ραφές του καλύμματος να είναι ραμμένες και συγκολλημένες με συγκεκριμένη μέθοδο (η οποία να αναφερθεί), ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη προστασία του στρώματος από εισροή υγρών.
   - Το κάλυμμα να είναι αφαιρούμενο μέσω φερμουάρ, το οποίο να καλύπτεται κατάλληλα, ώστε να αποτρέπεται η εισροή υγρών από τα πλάγια του στρώματος.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να προβεί στην εγκατάσταση του εξοπλισμού και να τον παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που διαθέτει.
2. Η παράδοση-παραλαβή του εξοπλισμού (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει, με την εγκατάσταση και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική κείμενη νομοθεσία.
3. Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής σε κατάσταση λειτουργίας ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει: Πλήρη σειρά τευχών με οδηγίες χρήσης και λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα και οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, καθώς και όλους τους απαραίτητους κωδικούς ελέγχων και επισκευών και όλα τα σχεδιαγράμματα των επιμέρους τμημάτων του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει ότι διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την υποστήριξη των προσφερόμενων ειδών από άποψη λειτουργική και επίδειξη – εκμάθηση του προσωπικού του Νοσοκομείου (ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό κλπ) τόσο επί της λειτουργίας των ειδών όσο και επί των δυνατοτήτων αποτελεσματικότερης και επωφελέστερης εκμετάλλευσης και ανάπτυξης της απόδοσής των, ποιοτικής και ποσοτικής.
5. Η Εγγύηση καλής λειτουργίας του μηχανήματος για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια από την παράδοση θα γίνεται με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή, ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/ΕΕC και του προμηθευτή.

6. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η εκάστοτε Δομή Υγείας δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη του όλου εξοπλισμού προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, κλπ., όπως προβλέπει το συνημμένο σχέδιο σύμβασης πλήρους συντήρησης-επισκευής, με το σύνολο των αναλωσίμων υλικών συντήρησης και τα αναγκαία Service Kit κλπ.
7. Στην πλήρη εγγύηση περιλαμβάνεται υποχρέωση του προμηθευτή και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε ο εξοπλισμός να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας, ότι δηλαδή ακριβώς προβλέπει το σχέδιο σύμβασης πλήρους συντήρησης - επισκευής.
8. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει την ύπαρξη αμεταχείριστων ανταλλακτικών, αναλώσιμων υλικών συντήρησης και λειτουργίας και κύρια τη διάθεση αυτών, ως και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση των ειδών του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με τον παρελκόμενο εξοπλισμό, επί δέκα (10) τουλάχιστον συνολικά έτη. Η ανάλογη δέσμευση θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/ ΕΕC, στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς, για την αξιολόγηση της προσφοράς, δεδομένου ότι κρίνεται ως ουσιώδης απαίτηση της προκήρυξης για την ομαλή, απρόσκοπτη και μακρόχρονη λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
9. Οι συμμετέχοντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά:
   α) τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO 13485/16 του προμηθευτή, όσο και του κατασκευαστικού οίκου του υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και το αντίστοιχο πιστοποιητικό ISO 9001/15 του προμηθευτή.

   β) πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (οδηγία 93/42/ΕΟΚ, όπως ισχύει σήμερα) για τον υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

   γ) βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ 15/2006(ΦΕΚ 12Α) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108.

   δ) πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό, κλπ) και για τους τεχνικούς Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

10. Επίσης θα συνυποβάλλεται πλήρες «Φύλλο Συμμόρφωσης – Τεκμηρίωσης» το οποίο θα περιλαμβάνει με πληρότητα το σύνολο των όρων της διακήρυξης (γενικών, ειδικών, τεχνικών κλπ) όλες τις απαντήσεις (ανά παράρτημα, κεφάλαιο, παράγραφο κλπ) με παραπομπή, για τεκμηρίωση, στα συνημμένα ξενόγλωσσα έντυπα, τεχνικά εγχειρίδια, εγχειρίδια χρήσης ή με Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού ή του θυγατρικού οίκου, επίσημα μεταφρασμένη από αρμόδια Ελληνική αρχή ή δικηγόρο, αναγράφοντας την σχετική παράγραφο της τεχνικής προδιαγραφής με τη σειρά που αναφέρονται.

Ντουλάπα Φαρμάκων

Η ντουλάπα φαρμάκων θα έχει τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

- **Διαστάσεις:** 100 × 60 × 190 cm (μήκος × βάθος × ύψος).
- **Βάση:** Βάση με τέσσερα πόδια, διαστάσεων 60 mm, με ρυθμιζόμενα πέλματα από ABS.
- **Πόρτες:** Να φερει δύο πόρτες με σύστημα κλειδώματος, οι οποίες θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος έως και 270°.
- **Εσωτερικός εξοπλισμός:** Να είναι εξοπλισμένη με δύο θερμοδιαμορφωμένα δοχεία από ABS, με **16 θέσεις φαρμάκων** το καθένα. Περιμετρικά των δοχείων θα υπάρχει ελαστικό περίβλημα για προστασία από τη σκόνη.
- **Περιστρεφόμενα δοχεία:** Στο εσωτερικό να διαθέτει δύο διπλά θερμοδιαμορφωμένα δοχεία από ABS, με δυνατότητα περιστροφής κατά **90°**, συνολικά **32 θέσεις φαρμάκων**, πλήρως εξοπλισμένα με διαφανές πλεξιγκλάς για την εύκολη ορατότητα και αναγνώριση των φαρμάκων.

Τροχήλατα για Προσωρινή Νοσηλεία και Αίθουσα Επεμβάσεων (2) δυο τεμάχια

Το τροχήλατο θα έχει τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

- **Διαστάσεις:** 69 × 52 × 100 cm.
- **Συρτάρια:** Να διαθέτει **έξι (6) μεταλλικά συρτάρια**, με εσωτερικά διαχωριστικά για την καλύτερη οργάνωση και ταξινόμηση του υλικού.
- **Επάνω επιφάνεια:** Πάνω από την επιφάνεια εργασίας να διαθέτει **τρεις (3) σειρές με μικρά πλαστικά συρτάρια**, κατάλληλα για την αποθήκευση και οργάνωση φαρμάκων.
- **Στήριγμα πακέτου γαντιών:** Να διαθέτει ειδικό στήριγμα για την τοποθέτηση πακέτου γαντιών, με εύκολη και άμεση πρόσβαση.
- **Στήριγμα κυτίου αιχμηρών αντικειμένων:** Να διαθέτει ειδικό στήριγμα για την ασφαλή τοποθέτηση κυτίου απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων.
- **Στατό ορού:** Να διαθέτει στατό ορού μεταβλητού ύψους, ενσωματωμένο στο τροχήλατο.
- **Προέκταση επιφάνειας εργασίας:** Να διαθέτει πτυσσόμενη προέκταση της επιφάνειας εργασίας, η οποία θα ανοίγει και θα κλείνει εύκολα, χωρίς να δυσχεραίνει τη μετακίνηση του τροχήλατου.
- **Τροχοί:** Να φέρει τροχούς κατάλληλους για εύκολη και ασφαλή μετακίνηση, οι οποίοι θα διαθέτουν **σύστημα πέδησης (φρένο)**.